

仕様書

請求先	公立大学法人九州歯科大学附属病院	納入場所	公立大学法人九州歯科大学附属病院	契約履行期 間	令和8年11月30日まで
品 名 等		規 格	数 量	単位	備 考
1	医療用洗濯機	SY240	1	台	
2	専用架台	SY240用 W990×D875×H200	1	台	
<p>医療用洗濯機については、以下の要件を満たすこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外形寸法は、横幅1,200mm、奥行1,400mm、高さ1,800mm以内であること。 ・ドラム容量は、240L以上であること。 ・本体は電気仕様であること。 ・本体重量は430kg以下であること。 ・電源は3相200V 60Hz 65A以下であること。 ・感染対策プログラムは、80℃以上の熱水処理が可能であること。 ・上記洗濯機に固定できる専用架台を付けること。 ・ドラム、外胴、全面、上面、側面パネルは耐腐食性ステンレスであること。 ・洗剤自動投入機（2連ポンプ）、蒸気ヒーターオプション（SYシリーズ用）付きとすること。 <p>※新規機器搬入・設置・取付・試運転調整及び既存機器撤去・廃棄処分を含む。</p> <p>※納品物の取扱説明書を交付の上、実際に使用できる状態で納品すること。</p> <p>※作業日程等については、担当者と十分協議すること。</p> <p>※規格については、上記記載のもの（基準品）と同等以上の性能を有するものでも可とする。なお、その場合においては、期日までに同等品申請を行うこと。</p>					
計					
参 考					