

仕様書

請求先	公立大学法人九州歯科大学附属病院	納入場所	九州歯科大学附属病院 7階中央材料滅菌室	契約履行 期 間	令和8年10月30日まで
品 名 等		規 格	数 量	単位	備 考
1	システム乾燥機	MPV-232	2	台	
2	ハイパワーチューブ乾燥機	No.881-BN アカイシ	2	台	
※新規機器搬入・設置・取付及び既存機器撤去・廃棄処分を含む。 ※納品物の取扱説明書を交付の上、実際に使用できる状態で納品すること。 ※作業日程等については、担当者と十分協議すること。 ※規格については、上記記載のもの（基準品）と同等以上の性能を有するものでも可とする。なお、その場合においては、期日までに同等品申請を行うこと。					
計					
参 考					

1	システム乾燥機については、以下の要件を満たすこと。
1-1	外形寸法は、横幅 770mm、奥行 930mm、高さ 1800mm 以内であること。
1-2	内形寸法は、横幅 600mm、奥行 600mm、高さ 1200mm 以上であること。
1-3	庫内に温度センサーを採用しており、万一の故障時も庫内の異常な温度上昇を防ぐことが可能であること。
1-4	庫内の棚板は 50mm 単位で高さ調節が可能で、スペースを有効に活用できること。
1-5	内装材質は腐食が少ないステンレス鋼板であること。
1-6	扉は片開き扉であること。
1-7	設定温度を室温～200℃まで任意で設定が可能であること。
1-8	本体重量は 210kg 以下であること。
1-9	乾燥タイマーが内蔵されており、0～99 時間 59 分まで 1 分単位での調整ができること。
1-10	電源は 3 相 200V 60Hz 仕様であること。
1-11	棚板 4 枚、棚受 4 組が付属されていること。

2	ハイパワーチューブ乾燥機については、以下の要件を満たすこと。
2-1	外形寸法は、横幅 600mm、奥行 450mm、高さ 1800mm 以内であること。
2-2	内形寸法は、横幅 540mm、奥行 400mm、高さ 1200mm 以上であること。
2-3	扉は片開き扉であること。
2-4	設定温度を 30～110℃で任意で設定が可能であること。
2-5	内装材質は腐食が少ない SUS304 ステンレスであること。
2-6	装着口は φ35mm の切込みゴムで 35 穴以上あること。
2-7	φ50mm のアジャスター付きキャスターが 4 個以上装備されていること。
2-8	電源は AC100V 15A 60Hz 仕様であること。
2-9	棚板 2 枚、水受けトレイ 1 枚が付属されていること。