

入 札 仕 様 書

規格、品質等は、下記のとおりにつき、熟覧のうえ入札してください。

請求先	公立大学法人 九州歯科大学 附属病院	納品先	公立大学法人 九州歯科大学附属病院 3階 臨床検査部	契約履行 期 限	令和 9 年 1 月 29 日
品 名			規 格 (型番)	数 量	備 考
1	HistoCore PEGASUS 本体		14048858005	1台	
2	電源ケーブル		14041157120	1個	
3	試薬ボトルアセンブリ		14048857899	2個	
4	据付キットPEGASUS給廃液用パイプ		8123003	1式	
5	据付キットPEGASUS		8121124	1キット	
6	運搬据付調整費 PEGASUS			1式	
合 計					
・ 機器搬入・設置・取付を含む。 ・ 納品物の取扱説明書を交付の上、実際に使用できる状態で納品すること。 ・ 納品後1年間は、発注者の故意または重大な過失に起因する故障以外の不具合及びトラブルについては無償で迅速に対応すること。 ・ 作業日程等については、担当者と十分協議すること。					

仕様詳細

	性能機能に関する要件
①	検体処理を行うレトルト槽を2 つ以上有し、各レトルト槽の処理能力が、200 カセット以上であること。
②	通常のプロトコールだけでなく迅速や脱脂処理等ができるよう、試薬ボトル数が17本以上であること。
③	全ての試薬ボトルに前面からアクセスでき、取り外しが可能なこと。
④	試薬ボトルが正しく差し込まれているかどうかを検知するシステムがあること。
⑤	試薬の劣化や減少の視認性を向上させるバックライトが試薬ボトルの後ろに設置されていること。
⑥	パラフィン槽が4 個以上であること。
⑦	脱脂処理がプロトコールの最初や途中に組み込めること。
⑧	試薬ボトルの容量が3.8L 以上であること。
⑨	機器の操作はタッチスクリーンで行えること。
⑩	試薬の自動注入、自動排出が可能なこと。
⑪	パラフィンを装置外排出が可能なこと。
⑫	レトルト内に浸透性を向上させるスターラー(攪拌装置)を有していること。
⑬	バスケットはスプリングや仕切り板を有し、脱着できること。
⑭	ユーザーが個人ごとに登録でき、また、その管理を簡便化するスキャナーを追加することができること。
⑮	機器に記録されたデータでレポート作成が可能なこと。